



REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº
LE - 380 526

PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA

Website: www.escalaps.com.brLABORATÓRIO DA ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA
"METROLOGIA É A NOSSA CIÊNCIA, QUALIDADE É O NOSSO NEGÓCIO."Cliente : AFERIÇÃO LTDA O.S.: 3657/2023
Endereço: Rua Professor Joaquim Cavalcanti, 511 - Recife - PE

INSTRUMENTO EM TESTE :

Modelo / Fabricante : CRONÔMETRO DIGITAL AK68 / AKSO
Faixa de Escala: N/C S
Número de série: N/C
Identificação: N/C

INSTRUMENTO PADRÃO :

Tipo : CRONÔMETRO DIGITAL
Identificação : ES.T.017
Certificado : F0570/2021 Validade: Novembro de 2023

VALOR INDICADO (INSTR. EM TESTE)	VALOR INDICADO PELO INSTRUMENTO PADRÃO :				
	Média de 2 leituras		Incerteza da Medição	Fator de Abrangência k	Graus de Liberdade
	s	Erro			
S	s				
60,16	60,16	0,00	0,07	2,00	∞
600,26	600,26	0,00	0,07	2,00	∞
1200,10	1200,10	0,00	0,07	2,00	∞
1800	1800,03	-0,03	0,58	2,00	∞
2700	2700,04	-0,04	0,58	2,00	∞

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2,00$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Características ambientais:

Temperatura (°C): 23,1 Umidade Relativa do Ar (%ur): 58

Local da Calibração :

Laboratório da Escala

Observações:

- 1) A calibração foi realizada em dois ciclos de Medição. O instrumento em teste foi submetido à comparação com um padrão e o valor de referência foi lido no instrumento padrão, conforme procedimento SQ-TP-002, utilizado na calibração;
- 2) Este Certificado somente é válido exclusivamente para o instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo à quaisquer lotes. O Certificado não deve ser parcialmente reproduzido;
- 3) Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica;
- 4) O certificado somente é válido na unidade utilizada na calibração.
- 5) O serviço de conserto a ajuste no instrumento em teste, não faz parte do escopo de acreditação do laboratório;
- 6) Este Certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, reconhecendo a competência de medição do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medidas.

Data da Calibração	Assinado de forma digital por BRUNO ALPHA CORSI DE LIMA:33754911821 Dados: 2023.05.10 15:38:54 -03'00'	Folha
09/05/2023	BRUNO ALPHA CORSI DE LIMA:33754911821 Identificação CR-02 Validade 09/mai/26 Signatário Autorizado	01 de 01